



**ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ**
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(АО "ВНИИС")

Электрический пер., д.3/10, строение 1,
г. Москва, 123557

Телефон: (499) 253 70 06 Факс: (499) 253 33 60
<http://www.vniis.ru> E-mail: vniis@vniis.ru

Исх. № 101-КЕ/713 от 03.12.2022

Директору
ООО «Предприятие «ФЭСТ»
В.В. Якунову
156025, г. Кострома,
Рабочий проспект, д. 8
тел. (4942) 39 18 50

На № 1145
от 24.11.2020 г.

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения соответствия продукции: «Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ФЭСТ», в состав аптечки входят изделия: маска медицинская нестерильная одноразовая; перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М; устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-устройство-рот»; жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения; бинт марлевый медицинский размером не менее 5м x 10 см; бинт марлевый медицинский размером не менее 7м x 14 см; салфетки марлевые медицинские стерильные, размером не менее 16x14 см №10; лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см; ножницы, сообщаем следующее.

Продукция, «Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «ФЭСТ», в состав аптечки входят изделия: маска медицинская нестерильная одноразовая; перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М; устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-устройство-рот»; жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения; бинт марлевый медицинский размером не менее 5м x 10 см; бинт марлевый медицинский размером не менее 7м x 14 см; салфетки марлевые медицинские стерильные, размером не менее 16x14 см №10; лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см; ножницы, не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 (с изменениями) и для нее не требуется представление сертификата соответствия или декларации о соответствии.

В то же время медицинские изделия (перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М; бинт марлевый медицинский размером не менее 5м x 10 см; бинт марлевый медицинский размером не менее 7м x 14 см; салфетки марлевые медицинские стерильные, размером не менее 16x14 см №10; лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см), входящие в состав вышеуказанной продукции, включены в «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденный Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 (с изменениями), и должны иметь декларацию о соответствии.

Продолжение см. на обороте

Одновременно сообщаем, что вышеуказанная продукция не подпадает под действие вступивших в силу технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза), и для неё не требуется представление документов о подтверждении соответствия требованиям этих технических регламентов.

Настоящая справка действительна до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данной продукции и не применяется при таможенном оформлении при ввозе товаров (продукции) на территорию Евразийского экономического союза.

Руководитель группы подготовки заключений

В.Е. Ногин

Телефон для справок: (499) 253 03 68
г. Москва, Б. Кисельный пер., д. 14, каб. 208



